

Jahresmittel Stickstoffdioxid (NO_2)

kontinuierliches Messverfahren in $\mu\text{g}/\text{m}^3$, bezogen auf 20 °C

- Messverfahren:** - Chemilumineszenz (Nachweisgrenze NWG = 0.3 bzw.
4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), kontinuierlich messende Geräte
- Berechnung:** - aus Halbstundenmitteln
- Werte < NWG:** - Messwertausfall < 33%
- ersetzt durch halbe Nachweisgrenze